Appendix 5: Rengøring og desinfektion af apparatur m.v.- Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Emner	Efter brug	Særlige bemærkninger
Analgesiapparat	Aftørres med desinfektionsserviet	Kontrollér at røde mærker på manometrene er intakte; ved fejl eller mangler rapportér til afdelingssygeplejerske.
Beskyttelsesskjold til lyspolymerisering (Cureshield)	Vaskes i opvaskemaskine eller aftørres med desinfektionsserviet og eftertørres	
Capmixe kapselblander (Silimat)	Aftørres med desinfektionsserviet	
Echting gel sprøjte	Brugt kanyle kasseres (risikoboks). Sprøjten aftørres med desinfektionsserviet	Før brug igen aftørres med desinfektionsserviet Ved udtrykning af gel, vær opmærksom på ikke at ramme hud, øjne og tøj. Brug beskyttelsesbriller.
EDB-skærm, tastatur, mv.	Tastaturovertræk og alle overflader aftørres med desinfektionsserviet.	Hvis udstyret udelukkende betjenes af "rene" klinik-assistenter er rengøring 1gang/dag tilstrækkeligt
Elektrokirurgiapparat	Apparatet afvaskes i sæbevand.	Elektroderne behandles jf. 'Instrumentrengøring'
Fantomhoved	Aftørres med desinfektions-serviet eller sæbevand	Amalgamrester suges op via sug.
Fremkaldemaskine	"Muffer" aftørres med desinfektionsserviet.	Valserne renses med specielle svampe 2-3 gange/uge Efter behov tømmes karrene og valserne renses med grønne svampe, og afskylles grundigt. Brug handsker.
Lyspolymeriseringslampe	Aftørres med desinfektionsserviet Ved evt. fastsiddende plastmateriale sættes staven i blød i hospitalssprit 99 % ca. 5 minutter	Vær opmærksom på, at væske ikke løber ind i apparatet. Undlad at ridse den polerede overflade på staven
Odontoson apparat, incl spyd	Aftørres med desinfektionsserviet.	Spidser rengøres jf. 'Instrumentrengøring'. Slanger skiftes efter behov. Flasker tømmes efter brug og lufttørres
Pulpatester	Aftørres med desinfektionsserviet	Stav + gummispidser rengøres jf. 'Instrumentrengøring'
Rubens respirationsudstyr (kun i førstehjælpskasser)	Vaskes i opvaskemaskine	
Røntgenapparat incl. Patientstol	Tubus, håndur og kontakt barriere afdækkes eller aftørres med desinfektionsserviet	Apparatet incl. tubus, håndur, kontakt, patientstol og røntgenkrave afvaskes dagligt med sæbevand. Ved fejl eller mangler rapportér til afdelingssygeplejerske.
Scanner til digital røntgen	Aftørres med sæbevand 1 gang/dag	Poserne afsprittes inden de åbnes og den digitale røntgenfilm tages.
Soniflex tandrens-ningsinstrument	desinfektionsserviet eller sæbevand	Spidserne rengøres jf. 'Instrumentrengøring'
Spidser med plastfyldningsmateriale	Brugte, men ikke tømte spidser desinficeres	Inden spidserne bruges igen, aftørres med desinfektionsserviet
Teknikhåndstykke (K9)	Aftørres med desinfektionsserviet eller sæbevand	Vær opmærksom på, at væske ikke løber ind i håndstykket. Bor, fræsere, grønne sten m.m. rengøres jf. 'Instrumentrengøring'
Transportabelt udsug	Aftørres med desinfektions-serviet eller sæbevand	Udskiftning af filtre 1 gang årligt eller efter behov
Ultralydsapparat	Afvaskes med sæbevand og aftørres med tør klud	Brug ikke skurepulver eller ståluld.
Mobilt udstyr	ved brug	Aftørres med desinfektionsserviet eller følg anvisningen ved maskinen